

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
UCYFROWIENIE APARATU RTG EDR 750B, ROK PRODUKCJI 1992, WRAZ Z
DOSTAWĄ, MONTAŻEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW,
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH, ORAZ SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW -
WSZYSTKO ZGODNIE Z PARAMETRAMI ZAWARTYMI W ZAŁĄCZNIKU NR 1,

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający **przesyła pytania i treść wyjaśnień dotyczących siwz na przedmiotowe zadanie :**

1. **Pytanie nr 1:**

Dotyczy:

Załącznik Nr 1

Prosimy o instrukcję wypełnienia załącznika nr 1. Jakich informacji Zamawiający oczekuje w kolumnie zatytułowanej „Uwagi”

Odpowiedź: Kolumna „Uwagi/Punkty” została umieszczona celem określenia zasad punktacji dla poszczególnych parametrów. Z uwagi na to, iż zasady te nie zostały określone, nie należy wypełniać pozycji w tej kolumnie.

2. **Pytanie nr 2:**

Dotyczy:

Załącznik Nr 1

Prosimy o informację co oznaczają liczby w niektórych komórkach tabeli które występują przy gwiazdkach. (Np.:

70*8Komputer serwerowy o parametrach:

45 6*7Parametry monitorów obrazowych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi (Dz.U.51 z 2011 roku, poz. 265)

42 5* Monitory obrazowe: dwa oddzielne monitory (dwa panele LCD) monochromatyczne do prezentacji obrazów radiologicznych

41 4* Komputer wyposażony w dwa monitory obrazowe i jeden monitor tekstowy

Odpowiedź: Liczby te pojawiły się na skutek błędu w formatowaniu tabeli. W dniu 17.09.2015r na stronie www.jedrzejow.eobip.pl został umieszczony poprawiony Załącznik nr 1.

3. **Pytanie nr 3:**

Dotyczy:

Radiologiczna stacja opisowa do radiologii ogólnej

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostawy 3 stacji opisowych?

Odpowiedź: Zamawiający składa zamówienie na jedną stację opisową. Proszę o analizę poprawionego Załącznika Nr 1

4. **Pytanie nr 4:**

Dotyczy:

40 1*Obudowa typu TOWER.

Czy Zamawiający dopuści obudowę typu MiniTower?

Odpowiedź: Nie, nie dopuszczamy. Parametr zgodnie z SIWZ.

5. **Pytanie nr 5**

Dotyczy

43*Wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego powierzchni monitorów

46*

Karta graficzna akceptowana przez producenta monitorów obrazowych

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza liczba 1 w kolumnie Zakres/warunek

Odpowiedź: Liczba pojawiła się na skutek błędu w formatowaniu tabeli. W dniu 17.09.2015r na stronie www.jedrzejow.eobip.pl został umieszczony poprawiony Załącznik nr 1. Prosimy o zapoznanie się z jego poprawioną treścią.

6. **Pytanie nr 6**

Dotyczy

44*Zintegrowany system (wraz z oprogramowaniem) umożliwiający bieżącą kalibrację monitorów

47*Monitor tekstowy o przekątnej minimum 19"

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza liczba 2 w kolumnie Zakres/warunek

Odpowiedź: Liczba pojawiła się na skutek błędu w formatowaniu tabeli. W dniu 17.09.2015r na stronie www.jedrzejow.eobip.pl został umieszczony poprawiony Załącznik nr 1. Prosimy o zapoznanie się z jego poprawioną treścią.

7. **Pytanie nr 7**

Dotyczy

48*Oprogramowanie zgodne z wymogami prawnymi (Dz.U.51 z 2011 roku, poz. 265)

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza liczba 3 w kolumnie Zakres/warunek

Odpowiedź: Liczba pojawiła się na skutek błędu w formatowaniu tabeli. W dniu 17.09.2015r na stronie www.jedrzejow.eobip.pl został umieszczony poprawiony Załącznik nr 1. Prosimy o zapoznanie się z jego poprawioną treścią.

8. **Pytanie nr 8**

Dotyczy

41 4*Komputer wyposażony w dwa monitory obrazowe i jeden monitor tekstowy

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez monitor obrazowy oraz monitor tekstowy.

Odpowiedź: Dwa monitory obrazowe to dwa oddzielne monitory (dwa panele LCD) monochromatyczne do prezentacji obrazów radiologicznych (monitory diagnostyczne opisowe). Monitor tekstowy to jeden monitor zintegrowany do wykonania opisu.

9. **Pytanie nr 9**

Dotyczy

*72*współczynnik PASSMARK≥7000*

Z uwagi na fakt aktualizowania wyników testu Passmark (różne wyniki w zależności od daty) prosimy o publikację pełnych testów wg których Zamawiający będzie weryfikował podane parametry:

Odpowiedź: Wydajność zaproponowanego procesora zostanie zweryfikowana w teście CPU Mark przy użyciu aplikacji Passmark PerformanceTest w wersji 8 (build 1051) lub nowszej. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: <http://www.cpubenchmark.net/> potwierdzający parametry proponowanego przez Państwa procesora.

10. **Pytanie nr 10**

Dotyczy

*75*Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez kosztów dodatkowej licencji*

Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu jako ograniczającego konkurencję i promującego produkty producentów którzy licencjonują ilość użytkowników lub ilość podłączonych urządzeń diagnostycznych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na dodatkowe koszty licencji w przyszłości. Parametr zgodnie z SIWZ.

11. **Pytanie nr 11**

Dotyczy

*82*Procedura odzyskiwania badań*

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez powyższe wymaganie

Odpowiedź: Np. możliwość odzyskania badania przypadkowo skasowanego/usuniętego.

12. **Pytanie nr 12**

Dotyczy

*99 38*39 oprogramowanie radiologicznej stacji opisowej do radiologii ogólnej do w klasie minimum IIb*

Prosimy o zmianę wymagania na oprogramowanie w klasie minimum IIa. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych oprogramowanie stacji opisowych klasyfikowane jest w klasie IIa. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby urządzenia generujące obraz były klasyfikowane w niższej klasie zatem nie ma żadnych podstaw do żądania aby oprogramowanie radiologiczne stacji opisowej do radiologii ogólnej posiadało wpis lub zgłoszenie w klasie IIb.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę. Parametr zgodnie z SIWZ

13. **Pytanie nr 13**

Dotyczy

45oprogramowanie serwera PACS w klasie minimum IIb

Prosimy o zmianę wymagania na oprogramowanie w klasie minimum IIa. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych oprogramowanie PACS klasyfikowane jest w klasie IIa. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby urządzenia generujące obraz były klasyfikowane w niższej klasie zatem nie ma żadnych podstaw do żądania aby oprogramowanie PACS przechowujące te obrazy posiadało wpis lub zgłoszenie w klasie IIb.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę. Parametr zgodnie z SIWZ

14. **Pytanie nr 14**

Dotyczy

- wykonanie połączenia sieci komputerowej pomiędzy rejestracją a pomieszczeniem sterowni)

Prosimy przedstawić plany aktualnej sieci komputerowej.

Prosimy o przedstawienie informacji w jakiej odległości znajduje się rejestracja od pomieszczenia sterowni.

Prosimy o informację jakich urządzeń zamawiający wymaga w ramach wykonania tego połączenia.

Czy Zamawiający ma przygotowane korytka pod kable sieciowe łączące sterownię i rejestrację?

Czy pomieszczenia które mają zostać połączone znajdują się na tym samym poziomie?

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 14 w załączeniu przedstawiamy rzut parteru budynku wraz z rozmieszczeniem pomieszczeń pracowni RTG. Są to pomieszczenia od numeru 13 do numeru 17. W chwili obecnej na tej części budynku nie ma istniejącej sieci komputerowej. Połączenie sieciowe należy wykonać od podstaw łącząc ze sobą pomieszczenia nr 13 i nr 17 przy wykorzystaniu urządzeń do tego niezbędnych. Należy wykonać również korytka pod kable sieciowe. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, iż do wykonania sieci będzie potrzebny kabel sieciowy o długości ok. 30 mb. Pomieszczenia pracowni RTG znajdują się na tym samym poziomie.

UWAGA: Nadmieniamy również, iż istnieje możliwość obejrzenia pomieszczeń pracowni RTG po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Markiem Bilewiczem pod numerem tel. 41 386 12 98.

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Oferentów.